



**Datum: 04.08.2017.**

**Predmet: Odgovori na postavljena pitanja za nabavku dobara: Sitna laboratorijska oprema, br. 21\_OPD\_2017.**

**Pitanje br. 1:**

U tenderu SITNA LABORATORIJSKA OPREMA zahtevate stavku 2 plastična tacna polipropilen dimenzija 375x300x75mm.

Da li je odgovarajuće ponuditi plastičnu tacnu dimenzija 375x310x75mm?

**Odgovor na 1. pitanje:**

Moguće je ponuditi plastičnu tacnu dimenzija 375x310x75mm. Da, model je prihvatljiv.

**Pitanje br. 2:**

U tenderu SITNA LABORATORIJSKA OPREMA zahtevate stavku 3 plastična tacna polipropilen dimenzija 450x350x75mm.

Da li je odgovarajuće ponuditi plastičnu tacnu dimenzija 520x420x120mm, ako nije molim Vas da navedete kataloški broj proizvođača čiju ste koristili?

**Odgovor na pitanje br. 2:**

Moguće je ponuditi plastičnu tacnu dimenzija 520x420x120mm. Da, model je prihvatljiv.

**Pitanje br. 3:**

U tenderu SITNA LABORATORIJSKA OPREMA zahtevate stavku 7, stalak za centrifuške tube sa 24 mesta, da li odgovarajuće ponuditi stalak sa 50 mesta?

**Odgovor na pitanje br. 3:**

Moguće je ponuditi stalak za centrifuške tube sa 50 mesta. Da, model je prihvatljiv.

**Pitanje br. 4:**

U tenderu SITNA LABORATORIJSKA OPREMA zahtevate stavku 8, stalak za centrifuške tube sa 24 mesta, da li odgovarajuće ponuditi stalak sa 25 mesta?

**Odgovor na pitanje br. 4:**

Moguće je ponuditi stalak za centrifuške tube sa 25 mesta. Da, model je prihvatljiv.

**Pitanje br. 5:**

U tenderu SITNA LABORATORIJSKA OPREMA zahtevate stavku 13, eksikator zapremine 4L, da li je odgovarajuće ponuditi eksikator dimenzija 293mm (spoljni prečnik), 235mm (prečnik porcelanske ploče), visine 278mm, sa slavinom? Ako nije, molim Vas da navedete odgovarajuće dimenzije.

**Odgovor na pitanje br. 5:**

Moguće je ponuditi eksikator dimenzija 293mm (spoljni prečnik), 235mm (prečnik porcelanske ploče), visine 278mm, sa slavinom. Da, model je prihvatljiv.

**Hvala na razumevanju,**

**Služba za javne nabavke**